

Feingerätebau K. Fischer GmbH · Venusberger Str. 24 · 09430 Drebach

Abnahmeprüfzeugnis Inspection certificate

Das Abnahmeprüfzeugnis wurde erstellt auf Grundlage DIN EN 10204/3.1.
This Inspection certificate has been made in accordance with DIN EN 10204/3.1.

Erzeugnis Product	Thermo-Hygrograph
Geräte Typ Model type	426 Q
Serien Nr. Serial Nr.	xxxx
Zertifizierte Referenzmessgeräte: Certificated reference instruments:	Dostman electronic P655 SNr. 65502061060/020102/109014/050285 Genauigkeit / accuracy $\pm 0,03K$, $\pm 1,5\%$ r.F.

Prüfpunkte
Reference points

Daten der Referenzmessung Reference data		Prüfungsdaten Test data	
Messgröße Test	Sollwert Reference value	Anzeige Display	Abweichung Difference
Temperatur	0°C		
Temperatur	20°C		
Temperatur	40°C		
Feuchte / Humidity	33%		
Feuchte / Humidity	75%		
Feuchte / Humidity	98%		

Die Messungen wurden mit einem Referenzmessgerät durchgeführt, dessen Rückführbarkeit auf nationale Standards zertifiziert ist.

The measurements have been performed with a reference instrument whose traceability is certified to national standards.

Eine erneute Überprüfung wird im Abstand von einem Jahr empfohlen.

Further examination is recommended in the interval of one year.

Stempel / Seal

Datum/Date

Leiter des Prüflabors
Head of the test laboratory

Bearbeiter
Person in charge